Urgomed



Pansement pour plaies superficielles exsudatives et brûlures

Urgomed®

Pansements sous emballage individuel stérile conditionnés en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION *Nombre UCD/Boîte*	GROUPAGE *Nombre UCD*	*Nombre boîtes*
502940	Standard : 5 x 10 cm	10	400	40
502734	Moyen : 15 x 15 cm	10	80	8

* Cicatriser avec vous, pour vous Fabricant : Laboratoires URGO

Lire attentivement la notice

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*

Urgomed

Site donneur de greffe.

Brûlure superficielle.

Plaie chirurgicale.

DESCRIPTION

Urgomed® est un pansement adhésif stérile, semi-perméable.
COMPOSITION : **Urgomed®** est composé d'une masse dérivée de la technologie hydrocolloïde appliquée sur un support polyuréthane/complexé à des fibres de non tissé.
PRESENTATION : Conditionnement individuel stérile.
MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

- Au contact de la plaie, **Urgomed®** forme un gel hydrocolloïde qui favorise la cicatrisation en milieu humide et permet des renouvellements indolores du pansement.

Urgomed® est tout spécialement adapté au recouvrement des plaies superficielles exsudatives.

- **Urgomed®** est translucide et permet la surveillance de la plaie.
- **Urgomed®** est semi-perméable : la plaie, tout en continuant de respirer, est protégée des contaminants extérieurs et la poursuite des bains et des douches est possible.
- La grande souplesse d'**Urgomed®** lui permet de s'adapter aux différents reliefs anatomiques.

INDICATIONS

INDICATIONS : Soins locaux des brûlures du 2nd degré superficiel, des dermabrasions, des sites donneurs de greffe et plus généralement des plaies superficielles exsudatives.
CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser **Urgomed®** sur des plaies infectées ou sur des brûlures profondes. Allergie connue aux hydrocolloïdes.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Préparation de la plaie :
  - Nettoyer la plaie selon les techniques habituelles :
    . Brûlure : désinfection à l'aide d'une solution antiseptique. Excision des phlyctènes, et rinçage au sérum physiologique.
    . Site donneur de greffe : procéder à une hémostase immédiate du site par compresse imbibée de sérum physiologique.
    . Dermabrasion : retirer tout caillot ou débris nécrosé, désinfecter soigneusement la plaie et rincer au sérum physiologique.
- Application du pansement :
  - Assécher la peau à l'aide d'une compresse sèche et stérile.
  - Appliquer **Urgomed®** en laissant une marge de 2 à 3 cm en peau saine.
  - Réaliser un pansement secondaire si nécessaire à l'aide d'une bande peu serrée (enfant, zone de frottement, mains...)
  - Pour les sites donneurs de greffe : recouvrir de 1 à 2 compresses et appliquer une bande élastique moyennement serrée.
- Suivi de renouvellement :
  - La fréquence de renouvellement du pansement est dictée par le type de plaie et son évolution .
  - **Urgomed®** sera contrôlé à 24 H.
  - Par la suite, le pansement sera renouvelé tous les 3 à 4 jours en fonction de l'exsudation.
  - Il sera systématiquement renouvelé en cas de brûlure, site donneur de greffe ou en cas de plaie très exsudative (saturation ou décollement de la plaque).

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas utiliser en cas de détérioration du protecteur de stérilité.
- En cas d'infection, l'utilisation d'**Urgomed®** doit être suspendue.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed).
Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %).

* Cicatriser avec vous, pour vous Fabricant : Laboratoires URGO

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*